
ESPAÇO LIVRE
MÍNIMO 70 cm

WOSON®

128,00 cm

POSICIONAMENTO DO CONSULTÓRIO



ESPECIFICAÇÕES DAS LIGAÇÕES

PONTO A - ESGOTO: Tubo de PVC do esgoto NBR 5688 de ø40mm - 5,0cm acima do piso.

PONTO B - ÁGUA: Tubo de PVC soldável NBR 5648 de ø20mm (ou 3/4"), redução com luva ø15mm (ou 1/2") rosca interna de latão 2,0cm acima do piso.*

PONTO C - AR COMPRIMIDO: Tubo de cobre classe A de ø15mm, terminando com conexão de ø15mm (ou 1/2") com rosca interna de latão com 2,0cm acima do piso. Caso preferir, utilizar tubo PPR com bitolas equivalentes.*

PONTO D - SUCÇÃO: Tubo de PVC soldável ø25mm, redução com luva de 3/4" com rosca interna de latão com 2,0cm acima do piso .**

PONTO E - ELÉTRICA: Eletroduto flexível de ø20mm (ou 3/4"), com fiação de 3 fios de 2,5mm² com tomada de 10 A, padrão NBR14136.


PONTO F - COMANDO: Eletroduto flexível de ø20mm (ou 3/4"), com 3 fios de 1,0mm² de cores diferentes, sobrando 30cm acima do piso.

(*) Consumo mínimo por consultório: 150 l/min (compressor com produção mínima de 7 PCM ou 200 l/min).

(**) Recomendável consultar e seguir orientações do fabricante da Bomba de Vácuo.

PONTOS DE INSTALAÇÃO

ESCALA 1:1



EIXO CENTRAL DA CADEIRA

NOTA:
Quaisquer alterações neste gabarito isentam a Woson de responsabilidade

ESPAÇO LIVRE
MÍNIMO 50 cm

EXCEÇÃO WC/VO
ESPAÇO LIVRE
MÍNIMO 70 cm

Medidas em centímetro (cm)